



МИННО - ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ РЕКТОРАТ	
Изх. №	ЕП VIII - 192
София	26.05.2014 г.

На вниманието на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“”

Уважаеми дами и господа,

Относно постъпило по факс на 22.05.2014 г., в 09:52 часа, входящо в Деловодство на МГУ „Св. Иван Рилски“ с вх. № ЕП-192/22.05.2014 г., искане от един от участниците за разяснение по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“”, цитирам:

„Уважаеми проф. Стоилов, инж. Крушкин и инж. Георгиев,

Във връзка с обявената от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „СВ. ИВАН РИЛСКИ“” и в съответствие с разпоредбите на чл. 29 от ЗОП, любезно Ви моля да отговорите на следните въпроси:

Относно обособена позиция № 4 „Доставка на ултразвуков дебитомер“:

Моля да потвърдите, че в случая става въпрос за диаметър на тръбата 10000 мм.”

Ви отговарям следното:

Записът в техническата спецификация "10000 мм" е коректен.

Надявам се, че съм отговорил на поставения от Вас въпрос.

проф. д-р Любен Тотев

РЕКТОР

